

产品质量证书

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称：无菌取样勺

货 号：KS1-000220

生产批号：20250519KS120

灭菌批号：PL1250519016

生产日期：2025-05-19

产品规格：圆形，100mL

有效期至：2028-05-18

包装规格：1 个/包， 100 个/箱

检测依据：《无菌取样勺质量标准》PC-ZYQC-0025-02

检测项目	检测标准	检测结果
外观	表面应光滑、成型饱满、放置稳固，无毛刺及塑化不良等现象，色泽正常，无异臭、不洁物等	符合规定
尺寸	最大直径 $60\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 总长度 $235\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 高度 $40\text{mm} \pm 5\text{mm}$	符合规定
异味	应无异味	符合规定
材质	聚碳酸酯（PC）	符合规定
无菌性	电子束灭菌	附灭菌报告
结论：经检测，该产品符合《无菌取样勺质量标准》PC-ZYQC-0025-02 规定。		
备注：N/A		





无锡福腾辐照科技有限公司
Wuxi Futeng Irradiation Technology Co., LTD

FTEB-QR-7.5-01-06-02
B/1.7

辐照证明书
CERTIFICATE OF IRRADIATION

证书编号: FZ250520092231
Certificate No.

客户名称: 苏州智盈生物科技有限公司 Customer		订单编号: O.25051914 Order No.		
产品名称 Product Name	批号 Lot No.	数量 Carton Qty.	灭菌批号 Irradiated No.	备注 Remark
无菌取样勺	20250519KS120	1 箱	PL1250519016	KS1-000220
注: 计量测量系统不确定度, k=2时, U=5% NOTE: Measurement system uncertainty, k=2, U=5%				
客户要求最低吸收量 Specified minimum dose	10kGy	实际最低吸收剂量 Minimum absorbed dose		11.0kGy
客户要求最高吸收量 Specified maximum dose	/	实际最高吸收剂量 Maximum absorbed dose		/
辐照时间 Irradiation time:	开始: 2025-05-19 19:22 结束: 2025-05-19 19:46		无锡福腾辐照科技有限公司 Wuxi Futeng Irradiation Technology Co., LTD 地址 (ADD): 江苏省无锡市锡达路530号 No.530, Xida Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China 电话 (Tel): (86)0510-6856 6080/6856 6081 传真 (Fax): (86)0510-6856 6083 邮箱 (Email): yaojr@futengfuzhao.com 门户 (Website): http://www.futengfuzhao.com	
测量人/日期 Measured by	吴燕 2025-05-20			
审核人/日期 Approved by	王尔胤 2025-05-20			
辐射安全许可证编号 Irradiation License No.	苏环辐证[012401]			
本证明书盖章有效 THE CERTIFICATE IS VALID AFTER STAMPED				
声明: 辐照证明书只适用在无锡福腾RHODOTRON电子加速器应用中心辐照的货品。 NOTICE: FOR AND ON BEHALF OF WUXI FUTENG RHODOTRON EB APPLICATION CENTRE LIMITED.				